

TEKNİK ŞARTNAME

(2026.05.03.1685 numaralı DÜBAP projesi için)

NMR Analizi

- Analizler en az 400 MHz cihaz ile gerçekleştirilecektir.
- Yapılacak analizler çözücü (CDCl_3) ücretini de içermelidir.
- Analizler 35 adet ^1H -NMR analizi olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
- Analiz sonrası sonuçlar fîd sinyali şeklinde analiz sahibinin (proje yürütücüsü) mail adresine elektronik olarak gönderilecektir.

Accurate Mass Q-Tof LC/MS Analizi

- Yapılacak analizlerde organik bileşiklerin (ortalama 500 g molekül ağırlıklı) Tam Kütle Tayini gerçekleştirilecektir.
- Kütle sonuçları virgülden sonra en az 4 hane olacak şekilde yüksek çözünürlüklü olmalıdır.
- Analizler 10 saat olacak şekilde (3-4 numune / saat) fiyatlandırılarak gerçekleştirilecektir.
- Analiz sonrası sonuçlar analiz sahibinin (proje yürütücüsü) mail adresine elektronik olarak gönderilecektir.


Dr. Öğr. Ü. Mustafa BİGER
17.09.2026


Doç. Dr. Alparslan ATAHAN
17.09.2026