

## TEKNİK ŞARTNAME - Zeminbaşı

### 1. Kırmızı Işık Sistemi (660 nm)

- 1 adet üründe en az 5 led bulunmalıdır.
- Ledler değiştirilebilir formatta olmalıdır.
- 50000 saat ömrü bulunmalıdır.
- Ledler yüklenici firma tarafından takılmalıdır.
- Ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Dr. ÖKSÜZ  
Düzce Üniv. Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji AD.  
Dip. No: 3475  
Dip. Tescil No: 96407

Doç. Dr. Emel CALIŞKAN  
Düzce Üniv. Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip. No: 3475  
Dip. Tescil No: 96407